ResMed

AirFit™ F20
Mascarilla facial

Universales

Mascarilla facial adaptable y con broches magnéticos*

La mascarilla AirFit F20 incluye la almohadilla InfinitySeal™ probada con las presiones de tratamiento más altas, que está diseñada para adaptarse cómodamente a pacientes con cualquier forma o tamaño de rostro. Según un estudio internacional, la AirFit F20 se ajusta al 96.5% de los pacientes.[1, 2, 3, 4]



AirFit F20



AirFit F20
for Her



Sellado resistente
Gracias a su almohadilla de silicona InfinitySeal, AirFit F20 permite el movimiento a la vez que impide que se produzcan fugas probada a las P mas altas de tto. El 86% de los pacientes preferían el sellado de la mascarilla AirFit F20 frente al de la mascarilla facial líder del mercado.[1]


Comodidad
El armazón flexible con forro acolchado añade mayor comodidad al tiempo que ofrece una estabilidad total y una mayor libertad visual.

Colocación rápida
Ponerse y quitarse la mascarilla es cómodo y fácil gracias a los broches magnéticos* que permiten conectar el arnés al armazón en cuestión de segundos. El 74% de los pacientes afirmaron que la mascarilla AirFit F20 es má fácil de usar que la mascarilla facial líder del mercado.[1]

Muy silenciosa: solo 21 dBA[5]
ResMed AirFit F20 incorpora la ventilación QuietAir™, haciendo que ésta sea la mascarilla más silenciosa de ResMed, con un nivel de ruido de solo 21 dBA. Ideal para aquellos pacientes y sus parejas que que son reacios a dormir con un equipo de terapia. Esta mascarilla reduce el ruido y el aire exhalado de forma significante.

[1]Estudio interno de 22 pacientes de ResMed realizado entre 26/04/2016 y 27/05/2016 en el que se comparaba la mascarilla líder del mercado con la AirFit F20. Estudio preliminar de pacientes – datos de archivo; ID A3810791.
[2]Estudio de ajuste interno de la AirFit F20 de ResMed en 27 pacientes de ResMed y otros pacientes realizado entre 30/03/2016 y 04/04/2016. Estudio preliminar de pacientes – datos de archivo; ID A3751086.
[3]Estudio de ajuste interno internacional de la AirFit F20 de ResMed en 34 pacientes de ResMed y otros pacientes realizado entre 11/04/2016 y 15/04/2016. Estudio preliminar de pacientes – datos de archivo; ID A3774922.
[4]Estudio de ajuste interno internacional de la AirFit F20 de ResMed en 90 pacientes de ResMed y otros pacientes realizado entre 06/06/2016 y 22/06/2016. Estudio preliminar de pacientes – datos de archivo; ID A3830701.
[5]Prueba interna de ResMed: Verificación del codo de difusión Newcastle (EA76) - Perturbaciones, sistema de sonido y presión; ID: A4114547.
* El uso de mascarillas con piezas magnéticas está contraindicado en pacientes con las siguientes condiciones: una pinza hemostática metálica implantada en la cabeza para reparar un aneurisma y/o astillas metálicas en los ojos.

Universales



	AirFit F20			AirFit F20 para Ella	
Talla	**Pequeña (S)**	**Mediana (M)**	**Grande (L)**	**Pequeña (S)**	**Mediana (M)**
EUR 3 - con codo normal	**63415**	**63416**	**63417**	**63418**	**63419**
EUR 4 - con codo QuietAir	**64010**	**64011**	**64012**	**64013**	**64014**

* El uso de mascarillas con piezas magnéticas está contraindicado en pacientes con las siguientes condiciones: una pinza hemostática metálica implantada en la cabeza para reparar un aneurisma y/o astillas metálicas en los ojos.

AirFit™ F20

Mascarilla facial

Componente		Referencia
Arnés	(S)	63470
	(MT)	63471
	(L)	63472
Arnés for Her		63473
Almohadilla	(S)	63467
	(M)	63468
	(L)	63469
Armazón		63465
Armazón for Her		63466
Clip para el arnés*	(x2)	63475
Codo normal		63476
Codo QuietAir		63494